

צבא	ההגנה	לישראל
מערך	דובר	צה"ל
תא	חוק	חופש המידע
טל':	073-3862131	
כ"ו	אב	תשפ"ג
13	אוגוסט	2023



נספח ב'

בא"ח 35 - 25-27.04.2022:

- 1) ביחידה נרכשו והוצבו 2 מכשירי החייאה (חדר אוכל, בניין ספורט) וזאת בנוסף למכשירים הקיימים במרפא.
- 2) נדרש להמשיך ולבצע הדרכות מקצועיות לכלל חיילי היחידה ובדגש למחזור הגיוס האחרון מרץ 22, לרבות סגלים.
- 3) נדרש להשלים שילוט מכוון בהתאם לחו"ק 306.001, כמו כן הועבר דיווח לרמ"ד הצטיידות ותקנים במקרפ"ר כי בניסק המכשירים האחרונים ע"י חברת SHAAG אלו לא מתקינים את המכשירים ולא מספקים שילוט וחדרכה כנדרש.
- 4) יש לבחון רכש והצבת מכשירים במקומות נוספים ברחבי הבא"ח.
- 5) הנושא הועבר להמשך טיפול מפקדים.

בא"ח 933 - 04-06.07.2022:

- 1) ביחידה נרכשו והוצבו 3 מכשירי החייאה (כניסה לחדר אוכל, כניסה לחדר כושר, כניסה לחדר כוח) וזאת בנוסף למכשירים הקיימים במרפא.
- 2) בבדיקת המכשירים המותקנים:
 - א) מכשיר בכניסה לחדר"א - מכשיר מותקן כנדרש, יש להשלים שילוט והנחיות מחייבות, כמו כן נמצא כי הזכוכית לשבירה בשע"ח נשברה והמפתח לפתיחת דלת הארון לשם גישה למכשיר נלקח, בהתאם נדרש לבצע השלמת מפתח.
 - ב) מכשיר בכניסה לחדר כוח - המכשיר נדרש בבדיקת חברת "חדר" וזאת לאור צפצוף המסמל על תקלה / סוללה חלשה, כמו כן נדרש לשפר שילוט והשלמת חוראות הפעלה.
 - ג) מכשיר בכניסה לחדר כושר - נדרש להשלים שילוט מחייב, זכוכית לשבירה בשעת חירום נופצה אך המפתח קיים, נדרש להשלים סכין גילוח ח"פ.
- 3) נדרש להשלים ולבצע הדרכות מקצועיות לכלל חיילי היחידה לגבי מיקום ואופן התפעול והשימוש בשע"ח.
- 4) הנושא הועבר להמשך טיפול מפקדים.

נדוד העמקים 651 - 3-4.10.2021:

- 1) מכשיר דפברילטור מדגם AED קיים במרפאת היחידה נכון ליום הביקורת, בבדיקתו נמצא כי המכשיר נמצא טוביל כנדרש עד לתאריך 12 2021, בבדיקת מדבקות (אלקטרודות) אלו נמצאו פגות תוקף מהתאריך 28.09.2020, מדבקות חליפיות שקיימות אינם תואמות למכשיר, בהתאם לכך נדרש זיכוי / החלפה למכשיר.
- 2) ביחידה לא קיים מכשיר דפברילטור אוטי (רכש יחידתי) בהתאם לחו"ק 306 001 והח"מ ממליץ על ביצוע רכש והצבת מכשיר שכזה (לציין שכמות החיילים ביחידה פחותה מ-500), בסיכום הביקורת הועברה התייחסות למפקדים כי הנושא ייבחן לשם ביצוע רכש מכשירים לכלל יחידות האגד וזאת בנוסף לשינוי ולסגירת שירותי הרפואה ביחידה.

מרת"ח - 26.01.2022:

- 1) נימרה – נמצאו 2 מכשירים ברחבי חבסיס, מכשיר אחד תקין, מכשיר שני ללא סוללות, מדבקות פג"ת.
- 2) גדרות – נמצאו 2 מכשירים ברחבי חבסיס, ללא סוללות, מדבקות פגות תוקף.
- 3) נחל שורק – נמצאו 2 מכשירים ברחבי חבסיס, נבדק מכשיר אחד ונמצא תקין.
- 4) הנושא הועבר להמשך טיפול מפקדים.

קריית ההדרכה – 11.05.2022:

- 1) בבסיס קריית ההדרכה יש 7 מכשירי החייאה ציבוריים ועוד 2 ששייכים למרפאה.
- 2) נבדקו 4 מתוך המכשירים:
- 1) בה"ד 10 – נבדקו שם 2 מכשירי החייאה ציבוריים, אחד במפקדת בה"ד 10, שני בבניין של מגמת מפקדים. שני המכשירים נמצאו לא תקינים, ללא סוללה עובדת, ללא סוללה רזרבית, מדבקות פגות תוקף וללא מדבקות רזרביות. ללא שילוט מכוון למכשירים. הקצינה שליוותה את הביקורת לא ידעה לומר מי אמור להיות אחראי על בדיקת המכשירים ויודא תקינותם בתוך הבה"ד.
- 2) מפקדת קריית ההדרכה + מטבח – שני המכשירים מתוחזקים ע"י חזכין. שני המכשירים נמצאו תקינים עם שילוט מכוון למכשיר והוראות בטיחות על ידם.
- 3) הנושא הועבר להמשך טיפול מפקדים.

שיזפון – 11.05.2022:

- 1) ליקוי חוזר מביקורת קודמת (28.02.2022): מוצב ע"פ פקודה, לא בוצעה הדרכה ולא בוצעה בדיקת תקינות ושלמות
- 2) השילוט אינו בולט מספיק, חסר שילוט הנחיות להפעלה
- 3) אין הוראות הפעלה ו/או הוראות בטיחות לשימוש בו
- 4) לא מבוצעות בדיקות תקינות המכשירים
- 5) לא בוצעו הדרכות בנושא
- 6) הנושא הועבר להמשך טיפול מפקדים

מסאוו"ג 143 – 23-24.10.2022:

- 1) ביחידה נרכשו והוצבו 3 מכשירי החייאה (כניסה לחדר כושר, כניסה לחדר האוכל וכניסה לבניין המפקדה).
 - 2) פגור בתייעוד אחר הדרכות מקצועיות לחיילי המפקדה בכל הנוגע למיקום המכשירים ולאופן השימוש והתפעול שלהם
- א. ללא בדיקות יומיות לתקינות המכשירים.
 - ב. יש להשלים שילוט בהתאם להו"ק 306 001, כמו כן הוראות חני"ר למכשירים
 - ג. יש להשלים במכשירים סוללה רזרבית ומדבקות רזרביות. תוקן במהלך הביקורת.
 - ד. בבדיקת המכשירים – 2 מכשירים אינם נדלקים, שלישי (חדר כושר) עם סוללה חלשה. תוקן במהלך הביקורת ונדרש טיפול במכשיר אחד שאינו נדלק ופועל באופן תקין.
 - ה. הנושא הועבר להמשך טיפול מפקדים

גזר 414 – 25.10.2022 :

- 1) ביחידה לא קיימים מכשירי החייאה ציבוריים.
- 2) ביחידה קיים חדר כושר ובהתאם נדרש לבחון רכש וחצבת מכשיר החייאה.
- 3) הנושא תועבר לטיפול מפקדים.

יחידת יהל"ם – 18-19.10.2022 :

- 1) ביחידה נרכשו ותוצבו 5 מכשירי החייאה (כניסה לחדר כושר, תו"פ, בכניסה לפלוגה ס', בכניסה למגורי מטה, ביח"ס).
- 2) פער בתיעוד אחר הדרכות מקצועיות לחיילי המפקדה בכל חנוגע למיקום המכשירים ולאופן השימוש והתפעול שלהם.
- 3) בדיקת המכשירים מתבצעת יומית כנדרש.
- 4) יש להשלים שילוט בהתאם להו"ק 306.001, כמו כן הוראות הנ"ר למכשירים.
- 5) יש להשלים במכשירים סוללה רזרבית ומדבקות רזרביות.
- 6) בבדיקה אקראית של חיילים המשרתים ביחידה, אינם יודעים מיקום של מכשירים ברחבי היחידה (מכירים שיש בחדר כושר), חלקם אינם יודעים איך להשתמש במכשיר.
- 7) הנושא תועבר לטיפול מפקדים.

מרת"ח 6410 (נמרה) – 03.07.2022 :

- 1) ביחידה קיימים 2 מכשירי החייאה (בבימ"ל, חמ"ל) וזאת בהמשך ליוזמת היחידה ולהו"ק 306.001.
- 2) נדרש להשלים שילוט מכוון ושילוט תפעול המכשיר ע"פ שפות כנדרש בהו"ק.
- 3) הדרכות מתקיימות לבעיית ביחידה אך עם זאת נדרש להשלים תיעוד ולבצע השלמות עיתיות בכל ביצוע קפ"ק חורף / קיץ.
- 4) הנושא תועבר לטיפול מפקדים.

אוגדה 98 - 2-25.11.2021 :

מפא"י 98 :

- 1) מכשיר ה-AED נמצא בצמוד למגורי המאבטחים. באיזור נמצא גם חדר הכושר והשק"ם. נמצא עם המכשיר הוראות לתפעול והוראות בטיחות. מעקב אחר תקינות המכשיר התחיל מחודש ספטמבר 2021. מתבצעת הדרכה פעם בחצי שנה לחיילי היחידה.
- 2) הנושא תועבר לטיפול מפקדים.

מפח"ט 89 :

- 1) בוצע רכש יחידתי לדפיברילטור. נמצא תקין. הוכנס ליחידה לפני כשבוע, לא בוצעה הדרכה על המכשיר ונדרשת הסדרה בהתאם לפקודות בנושא.
- 2) הנושא תועבר לטיפול מפקדים.

יחידה 217 :

- 1) דפיברילטור ציבורי – לא קיים ביחידה, נמצא בתחליכי רכש.
- 2) הנושא תועבר לטיפול מפקדים.

גדוד 890, גדוד 101 :

- 1) דפיברילטור ציבורי – לא קיים ביחידה, מדובר במחנה אימונים ולא במחנה קבע של הגדוד, נדרשת הסדרה של הנייל למול מנחלת אריאל אשר אחראית על מחנות האימונים בצחי"ל.
- 2) הנושא הועבר לטיפול מפקדים

סיירת 5135 :

- 1) הצבת מכשיר תחייאה – דפיברילטור מותקן בסמוך לחד"א. בשטח הסיירת לא קיים מכשיר וזה נדרש בחשלמה בהתאם למקודות בנושא.
- 2) הנושא הועבר לטיפול מפקדים.

בט"ר ניצנים - 28.02.2022 :

- 1) דפיברילטורים בשטח היחידה (חד"א, חד"כ) - לא מתבצע מעקב תקינות ע"פ הנדרש.
- 2) בוצעה הדרכה ביום להעלאת המודעות לדום לב למרבית סד"כ היחידה.
- 3) בדיקת התקינות והמעקב מתבצע כנדרש על הדפיברילטור הנמצא במרפאה.
- 4) הנושא הועבר לטיפול מפקדים.

ביסל"ת 9 – 28.02.2022 :

- 1) יש במרפאה במחסן את המכשירים שאמורים להיות מפורזים ברחבי היחידה. המכשירים לא הותקנו ביחידה ולא בוצע הסבר עליהם. נמצאים במחסן מזה כחצי שנה.
- 2) מכשירי AED מרפאתיים - יש כרגע מכשיר 1 מתוך 3 (אחד היה צריך החלפה ולא קיבלו במקומו) למכשיר הבודד שיש אין מדבקות ספייר.
- 3) הנושא הועבר לטיפול מפקדים.

בא"ח 8884 – 28.02.2022 :

- 1) מכשיר הדפי שנמצא בכניסה לחדר אוכל:
 - א. יש להשלים שילוט מכוון למיקום המכשיר.
 - ב. יש להגדיר ממונה הדרכה כולל העברת חידודים ודגשים.
 - ג. יש להשלים הדרכה ומודעות לדום לב לכלל ביחידה ע"פ הנחיית הרמטכ"ל ביום עצור שהיה בתאריך 22.2.22.
 - ד. יש להצמיד למכשיר הדפי יתר הציוד (סוללה רזרבית ומדבקות אלקטרודות רזרביות).
- 2) הנושא הועבר לטיפול מפקדים.

חטיבה 460 – 28.02.2022 :

- 1) ברחבי הבסיס פזורים 5 מכשירי החייאה - בריכה, חדי"כ ועוד.
- 2) המכשירים נרכשו ע"י היחידה כנדרש.
- 3) במועד החתקנה בוצעה הסברה ע"י החברה לבעייתים ספציפיים, אך לא מתקיימת הסברה תקופתית למשרתים ע"י היחידה.
- 4) לא מתבצעות בדיקות תקינות למכשירים כנדרש בפקודת חר"פ.
- 5) הנושא הועבר לטיפול מפקדים.

בהל"צ – 28.02.2022 :

- 1) בהתאם להתייחסות גורמי הרפואה הותקנו ביחידה כ- 4 מכשירים לפני כחודשיים לערך (מרלו"ג, בריכה, חדר כושר, חדר אוכל).
- 2) בבדיקת 2 מכשירים נמצא כי קיים פער אבסולוטי בשילוט מחייב, חוראות בטיחות וחוראות הפעלה כנדרש בהר"ק ואלו נדרשים בהשלמה באופן מיידי.
- 3) הדרכה מקצועית טרם התקיימה כנדרש, בהתייחסות גורמי הרפואה הוצג כי יום כזה מתוכנן להתקיים בקרוב מאוד.
- 4) בדיקות תקינות אחת לשבוע מתקיימות כנדרש לרבות תיעוד, הח"מ המליץ על חוספת עמודה נוספת בפורמט הבדיקה, לבדיקת תקינות השילוט ושאר ההנחיות המחייבות.
- 5) הנושא הועבר לטיפול מפקדים.

בא"ח 1, 27-29.06.2022 :

- 1) פער גורף בהצבת מכשירי החייאה ביחידה וזאת בניגוד לנדרש בהר"ק 306.001. "הצבת מכשירי החייאה".
- 2) הנושא הועבר לטיפול מפקדים.

יחידה 5252 :

- 1) בשיטח היחידה לא מוצבים מכשירי החייאה, סדי"כ יחידתי הינו מתחת ל- 500 משרתים.
- 2) בשיטח מחנה בת"א 30 מוצבים 4 מכשירי החייאה (חד"א, חדר כושר, בריכה, בית ספר), לא מתקיימות הדרכות סדורות לחיילי היחידה על תפעול ומיקום המכשירים ואלו לא מכירים את פיזור המכשירים כנדרש.
- 3) הנושא הועבר לטיפול מפקדים.

מחוז צפון 6001 – 25-27.07.2021 :

- 1) ביחידה קיים מכשיר דפיברילטור שנרכש ע"י היחידה, המכשיר אינו כשיר בשל המפורט מטח.
- 2) בבדיקת המכשיר ומיקומו נמצא כי קיים פער בשילוט מכוון וציון דרכי תקשורת גורמים רלוונטיים במקרה חירום (חמ"ל, מרפאה, כו"י).
- 3) המכשיר נדרש בביצוע בדיקה תקופתית שפג תוקפה שהתאם להגדרות היצרן, כמו כן נמצא כי מדבקות הדפיברילטור פגות תוקף מהתאריך 30.06.2021, כמו כן סוללות המכשיר נדרשות בהחלפה.
- 4) לא הוצגו בדיקות תקינות הנדרשות בביצוע בתדירות שבועית.
- 5) ביצוע הדרכות בתדירות של אחת לחצי שנה לכל הפחות לכלל חיילי היחידה לשם הכרות והחיות נדרשות לעבודת והפעלה של המכשיר לא מתבצעות כנדרש.
- 6) הנושא הועבר לטיפול מפקדים.

ז"ס 5511, 26-29.12.2021:

- 1) נמצאו 2 מכשירים ברחבי חבסיס, קיים ומתבצע מעקב כנדרש בפקודות.
- 2) לא בוצעו הדרכות לחיילים, נגדים, קצינים ואע"צים אשר משרתים בבסיס על המכשיר כנדרש בפקודות
- 3) מתברר הסבר על המכשירים באופן רציף במייל חצבאי.
- 3) לא מבוצע תרגול רפואי לחיילי חבסיס ולצוות הרפואי שלא במסגרת תרגול אג"מי.
- 4) הנושא הועבר לטיפול מפקדים.

ממצאים רלוונטיים מדו"ח ועדת החקירה לאחר מותו של מפקד חטיבת הנח"ל לשעבר אל"ם שרון אסמן ז"ל:

א. חצבא ושימוש ב-AED

1. להגביר את הזמינות של מכשירי ה-AED בבסיסי צה"ל, כך שהנגישות אליהם תהיה של כלל המשרתים, ללא תלות בגורמים ספציפיים.
2. לחטמיע את הו"ק 306.001 "מדיניות הצבת מכשירי החייאה בצה"ל", באמצעות בחינת היישום בביקורת חיילית ביחידות, ושילוב הו"ק בתיקי ההכשרות בבית הספר לרפואה צבאית בבה"ד 10.
3. לעדכן את הוראת קצ"ר 23 להפעלת חדרי כושר בהתאם להו"ק 306.001.
4. לשלב הסברה לגבי פיזור והפעלת AED לכלל המשרתים במסגרת קפ"ק חורף וקיץ.
5. לשקול ביצוע הדרכות BLS ושימוש ב-AED בכל מסגרות הטירונות, שלא על חשבון תכני הרפואה הקיימים.

ב. אימונים וכוונות

1. ביצוע תרגולת ניהול אירוע חירום רפואי המשלבת את המרפאה/תאג"ד והגורם האג"מי האחראי (חמ"ל/קצין מבצעים וכו')
2. עיון שגרת אימוני צוותי רפואה על בסיס חודשי בהוראות ופקודות.
3. תיעוד אופי האימון והמשתתפים בו, בדגש על ניהול החייאה, טיפול באנפילקסיס, טיפול במכת חום/קור, טיפול במקרי טראומה וסיוע למטפל בכיר.

ג. הכשרת חיילי וקציני מערך האימון הגופני

1. הכשרה בתחום ביצוע החייאת BLS ותפעול מכשיר AED בכלל הכשרות מערך האימון הגופני.
2. ביצוע ריענון עתי להכשרות האמורות בסעיף הקודם.
3. הגדרת ההכשרה וביצוע הרענונים כתנאי לחמשך שירות בתפקיד.